



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-2626-B 呼吸器洩露性試驗系統集成 Breathing Mask Leaking Tester GB 2626 · GB/T 16556

本機用於檢測呼吸面罩的洩漏率，即在規定測試條件下，受試者從除過濾元件以外的面罩部件洩漏入面罩內的模擬劑的濃度與吸入空氣中類比濃度的比值。在規定檢測條件下，通過氣溶膠發生器向檢測倉內注入油性或非油性顆粒物，再通過採樣管傳送給顆粒物檢測器，再由電腦自動分析資料。



氣泵流量範圍	0.5 ~ 4 L/min
氣溶膠發生器速度	100L/min
檢測器精度	±1%
專用軟體	GT-2626-B
體積 Dimension (W×D×H)	247×136×228 cm
電源 Power	1φ, AC 220V (依國別或指定 specified by user)
控制方式	計算器+專用軟體
測試用顆粒物	石蠟油

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz